질병관리청	보 도 설 명 자 료		
배 포 일	2021. 7. 30. / (총 2매)	담당부서	코로나19 예방접종대응 추진단 유통재고관리팀
팀 장	윤 정 환	전 화	043-913-2328
담 당 자	채 주 영		043-913-2331

□ **질병관리청은 코로나19 백신의 철저한 온도관리를 안내하고, 온도이탈 시 제조사 제출 자료를 기반으로 사용가능 여부를 판단하고 있습니다.**

(7월 30일자, YTN·조선일보·한겨레 등 충북 음성 한 병원에서 코로나19 백신 실온노출. 330명 접종분량 폐기 관련)

□ 기사 주요내용

○ 충북 음성군 소재 위탁의료기관 한 곳에서 **백신보관 냉장 시설의 전기 공급이 끊겨** 백신이 **실온에 방치돼 폐기** 예정(330명 접종분량)

□ 설명 내용

○ 코로나19 **백신의 보관온도**는 **허가사항**으로 규정하고 있지만 **온도이탈 시 허용범위**는 **별도로 정하여 자료**로서 제시하고 있습니다.

- 이번 **충북 음성군 한 병원 내에서 발생한 온도이탈** 건은 코로나19 예방접종 대응추진단(단장 정은경) 판단 결과, **제조사에서 제시한 온도이탈 허용범위 내**에 있는 것으로 **모두 사용 가능한 백신**으로 확인되었습니다.

○ 이처럼 오인한 이유는 해당 보건소가 코로나19 백신 폐기대상이 아님에도 불구하고 **관련 절차*를 생략하고, 자체 판단에 의거**하여 폐기 결정했기 때문입니다.

* 온도이탈 사고 발생 시, 접종기관에서 질병청에 사고보고 → 사고사례

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

나부터 지키는 우리 모두의 건강 해외감염병 NOW
1339 질병관리청 콜센터

검토하여 해당 접종기관에 백신사용 여부 회신(관련 지침 안내)

○ 이와 관련 **추진단**은 해당 보건소 및 위탁의료기관에 **해당 백신이 사용 가능함을 안내**하였고,

- 사용 가능한 백신이 잘못 판단하여 버려지지 않도록 **코로나19 백신 안전 및 사용관리*도 강화**해 나갈 예정입니다.

  * 백신냉장고 문 개폐여부 확인, 전원연결 여부, 실시간 온도계 및 알람기능

- 특히, 하절기 코로나19 백신 안전관리를 위한 교육 및 안내를 지속적으로 실시하고 **긴급 상황 대비 안전물품*을 상시 비치**하여 **정전 등 긴급 상황**에도 **적극 대비**토록 하고 있습니다.

  * 수송용기, 에어팩, 냉매 및 온도계 등

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

나부터 지키는 우리 모두의 건강 해외감염병 NOW 1339 질병관리청 콜센터